

Ce communiqué peut être recherché sous <http://www.presseportal.ch/fr/pm/100015233/100598464/glaxosmithkline-gsk-met-en-garde-contre-un-risque-potentiel-pour-la-sant-d-une-utilisation> .



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline (GSK) met en garde contre un risque potentiel pour la santé dû à une utilisation excessive sur une période prolongée d'adhésifs dentaires contenant du zinc

18.02.2010 - 17:00 Uhr, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

Münchenbuchsee (ots) -

- Indication: Des avis aux consommateurs peuvent être téléchargés en format pdf sous:
<http://presseportal.ch/fr/pm/100015233> -

Passage à des crèmes adhésives dépourvues de zinc

GlaxoSmithKline (GSK) a volontairement pris la décision, à titre de mesure de précaution, de suspendre la distribution de tous ses produits adhésifs pour prothèses dentaires contenant du zinc, car un usage sur de longues périodes de quantités excessives peut provoquer des problèmes de santé. En Suisse, GSK commercialise ses adhésifs dentaires sous les noms de COREGA® Fresh, Sensitive et Ultra/Extra Forte.

GSK va très prochainement remplacer toutes ses crèmes adhésives dentaires par de nouvelles formes galéniques dépourvues de zinc. La mention «sans zinc» figurera distinctement sur les emballages.

Le Dr Howard Marsh, Chief Medical Officer, GSK Consumer Healthcare, fait le commentaire suivant à ce propos: «Pour GSK, la sécurité des consommateurs constitue une priorité absolue. Nous avons été rendus attentifs à des risques pour la santé en relation avec l'utilisation de quantités excessives sur des périodes prolongées de nos crèmes adhésives contenant du zinc, si bien que nous avons décidé de prendre cette mesure. Si l'on considère que plusieurs millions de consommateurs utilisent nos produits à travers le monde, le nombre de cas rapportés est extrêmement faible. Si vous craignez d'avoir utilisé ces produits en quantités excessives pendant plusieurs années, interrompez leur application, consultez un médecin et passez à un produit dépourvu de zinc. L'utilisation de quantités excessives de crème adhésive peut être le signe d'un mauvais ajustement de la prothèse dentaire. Les porteurs de dentiers devraient faire régulièrement contrôler leur prothèse chez le dentiste.»

En Suisse, vous trouverez des informations plus complètes dans le mode d'emploi annexé ou à l'adresse www.glaxosmithkline.ch. Pour des informations concernant l'ensemble des marchés dans le monde, veuillez vous rendre sur le site www.gsk.com

ots Originaltext: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Internet: www.presseportal.ch/fr

Contact:

Interlocuteurs pour les médias:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG,
Relations avec la presse et relations publiques,
Beat Schori,
Tél.: +41/31/862'26'11
Fax: +41/31/862'26'00

Originaltext: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG
Dossier de presse: <http://www.presseportal.ch/fr/pm/100015233/glaxosmithkline-consumer-healthcare-ag>
Dossier de presse par RSS: http://presseportal.de/rss/pm_100015233.rss2